

TARATURA ACCREDITATA

Le tarature del Laboratorio sono effettuate secondo:

- Campioni di Massa: OIML R111-1:2004 Annex C;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI): EURAMET cg-18 ver. 4.0;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI):
 - Selezionatrici ponderali: AWICal ACI Guide Rev. May 2018.

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità delle tarature effettuate il centro utilizza le seguenti regole:

- Campioni di massa: classificazione secondo la OIML R111-1:2004 capitolo 5 punto 5.3.1 limitatamente al valore convenzionale.
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI): Il Centro non fornisce dichiarazione di conformità specifiche, se non richieste espressamente. Nel caso in cui il cliente richieda una dichiarazione di conformità, il Laboratorio utilizzerà come regola decisionale predefinita quanto indicato dalla ILAC G8 al fine di garantire una probabilità di falsa accettazione $<2,5\%$, cioè che il valore trovato comprensivo dell'incertezza consenta di rispettare il limite previsto dalla specifica o norma applicabile, a seconda dei casi:
 - $R+U \leq$ del limite previsto (R deve essere minore del limite)
 - $R-U \geq$ del limite previsto (R deve essere maggiore del limite previsto)

Nel caso in cui il cliente necessiti una regola decisionale differente sarà cura del Laboratorio effettuare una quotazione per tale attività.

Il Centro di Taratura LAT N°296 esegue tarature nel rispetto della convenzione stipulata con l'ente di accreditamento ACCREDIA.

Inoltre, per l'attività di taratura si considera:

- Il servizio si intende svolto indipendentemente dall'esito dei risultati delle misure;
- Tutte le informazioni relative al cliente si ritengono confidenziali e non divulgate a terzi;
- Il Laboratorio mantiene a disposizione le registrazioni delle tarature eseguite per 10 anni;
- La tabella di accreditamento è consultabile sul sito www.accredia.it e sul sito www.alfas.it ;
- L'accREDITAMENTO ACCREDIA non è fruibile ai fini della certificazione di campione e/o prodotto;
- Il Laboratorio non fornisce opinioni e le interpretazioni;
- Si ricorda che le opinioni e le interpretazioni non possono essere utilizzate come unico input per la certificazione di prodotto.