

Le verificazioni periodiche del Laboratorio sono effettuate secondo:

- Campioni di massa e pesi: in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI): in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda A del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI):
 - Selezionatrici ponderali: EURAMET CG-26 Version 1.1 (11/2023) “Guidelines on the Calibration of Automatic Weighing Instruments” in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda B del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e della Direttiva 06 dicembre 2021 - Scheda I e del DM 93/17.

Il Centro di Taratura n° 01693 esegue verifiche accreditate nel rispetto della convenzione stipulata con l'ente di accreditamento ACCREDIA e come da SCIA con UNIONCAMERE laboratorio NO 271.

Inoltre, per l'attività di verifica si considera:

- Il servizio si intende svolto indipendentemente dall'esito dei risultati delle misure;
- Tutte le informazioni relative al cliente si ritengono confidenziali e non divulgate a terzi;
- Il Laboratorio mantiene a disposizione le registrazioni delle verificazioni eseguite per 10 anni;
- La tabella di accreditamento è consultabile sul sito www.accredia.it;
- Il Laboratorio considera i 45gg per l'esecuzione della verifica dalla data di accettazione del preventivo da parte del titolare o dalla data di comunicazione da parte del Laboratorio;
- Il Laboratorio entro 10 giorni lavorativi comunica i risultati relativi alle verificazioni effettuate sul database TELEMACO di UNIONCAMERE;
- Nel caso in cui il Laboratorio sia soggetto a provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di UNIONCAMERE, comunicherà ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche;
- In caso di reclami, il laboratorio mette a disposizione l'indirizzo reclami@alfas.it. Il Laboratorio risponderà entro 10 giorni lavorativi relativamente alla fondatezza del reclamo stesso.
- L'accreditamento comporta il riconoscimento delle competenze tecniche del Laboratorio relativamente alle attività accreditate e la conformità del suo sistema di gestione alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale accreditamento non comporta la certificazione dei prodotti analizzati e la responsabilità da parte di ACCREDIA dei risultati emessi.

Si ricorda che è obbligo del titolare dello strumento:

- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del DM 93/17;
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e che non vengano utilizzati quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Avvertenza:

- Si rammenta che è responsabilità dei titolari accertarsi che gli errori risultanti in verifica periodica, anche a fronte di esito positivo della stessa, siano conformi ai requisiti in termini di errore massimo ammesso in meno previsti dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati.