

Organismo accreditato
Accredited body

**ALFA SERVICE di Calzeroni Fabio, Cazzola Antonio
& C. s.n.c.**

Via Novara, 131
28021 BORGOMANERO (NO) - Italia
www.alfas.it



DT01693LAT/009

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Riferimento
Contact

Fabio CALZERONI

Tel.: +39 0322 538254
E-mail: laboratorio@alfas.it

Tabella allegata al Certificato di
Accreditamento
Annex to the Accreditation Certificate

01693 Calibration REV. 009

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Attività oggetto di accreditamento
Accredited activities

Massa

- **Campioni di massa e pesi (SMA-01)**
- **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) (SMA-02)**

Controlli metrologici

- **Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01)**

Via Novara, 131
28021 BORGOMANERO (NO)
Italia

A

Massa

- **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) (SMA-02)**
- **Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) (SMA-04)**

Controlli metrologici

- **Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01)**

In esterno, presso Clienti

EXT

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteria@accredia.it

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Settore / Calibration field (SMA-01) Campioni di massa e pesi						
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Campioni di massa	Massa	Temperatura aria: da 15 °C a 35 °C Umidità relativa: da 25 %UR a 75 %UR	0,001 g	$6,0 \cdot 10^{-3}$	OIML R111-1:2004 Annex C	A
			0,002 g	$3,0 \cdot 10^{-3}$		
			0,005 g	$1,2 \cdot 10^{-3}$		
			0,01 g	$8,0 \cdot 10^{-4}$		
			0,02 g	$5,0 \cdot 10^{-4}$		
			0,05 g	$2,3 \cdot 10^{-4}$		
			0,1 g	$1,2 \cdot 10^{-4}$		
			0,2 g	$5,8 \cdot 10^{-5}$		
			0,5 g	$2,3 \cdot 10^{-5}$		
			1 g	$1,2 \cdot 10^{-5}$		
			2 g	$6,2 \cdot 10^{-6}$		
			5 g	$1,0 \cdot 10^{-5}$		
			10 g	$6,0 \cdot 10^{-6}$		
			20 g	$3,5 \cdot 10^{-6}$		
			50 g	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			100 g	$1,5 \cdot 10^{-6}$		
			200 g	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			500 g	$1,6 \cdot 10^{-6}$		

(continua)

Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
(continua)						
Campioni di massa	Massa	Temperatura aria: da 15 °C a 35 °C Umidità relativa: da 25 %UR a 75 %UR	1 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$	OIML R111-1:2004 Annex C	A
			2 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			5 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			10 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			20 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			50 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			100 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
		Temperatura aria: da 10 °C a 40 °C	200 kg	$1,6 \cdot 10^{-5}$		
			500 kg	$1,2 \cdot 10^{-5}$		
			1 000 kg	$1,6 \cdot 10^{-5}$		
			2 000 kg	$1,6 \cdot 10^{-5}$		

(Continua) Area metrologica "Massa"

Settore / Calibration field		(SMA-02) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)					
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range (1)		Incertezza Uncertainty (2)	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)	Massa	n.a.		$\leq 1 \text{ g}$	$1,9 \cdot 10^{-5}$	EURAMET cg-18 ver. 4.0	A EXT
			$> 1 \text{ g}$	$\leq 10 \text{ g}$	$3,7 \cdot 10^{-6}$		
			$> 10 \text{ g}$	$\leq 100 \text{ g}$	$7,8 \cdot 10^{-7}$		
			$> 0,1 \text{ kg}$	$\leq 1 \text{ kg}$	$5,8 \cdot 10^{-7}$		
			$> 1 \text{ kg}$	$\leq 10 \text{ kg}$	$5,8 \cdot 10^{-7}$		
			$> 10 \text{ kg}$	$\leq 100 \text{ kg}$	$1,9 \cdot 10^{-6}$		
			$> 100 \text{ kg}$	$\leq 1\,000 \text{ kg}$	$1,9 \cdot 10^{-6}$		
			$> 1\,000 \text{ kg}$	$\leq 10\,000 \text{ kg}$	$1,9 \cdot 10^{-5}$		
			$> 10\,000 \text{ kg}$	$\leq 100\,000 \text{ kg}$	$1,9 \cdot 10^{-5}$		EXT

Settore / Calibration field		(SMA-04) Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)					
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range (1)		Incertezza Uncertainty (2)	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Selezionatrici ponderali Etichettatrici di peso e di peso/prezzo	Massa	n.a.		$\leq 1 \text{ kg}$	$5,9 \cdot 10^{-6}$	EURAMET cg-26 ver 1.1	EXT
			$> 1 \text{ kg}$	$\leq 6 \text{ kg}$	$1,2 \cdot 10^{-5}$		
			$> 6 \text{ kg}$	$\leq 35 \text{ kg}$	$4,6 \cdot 10^{-5}$		
			$> 35 \text{ kg}$	$\leq 80 \text{ kg}$	$5,2 \cdot 10^{-5}$		

¹ Il campo di misura indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in taratura.

² L'incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato. All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 uf (unità di formato) sia al livello di carico che a piatto scarico.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 01693LAT/009-ALL
Annex n.

Aggiornato in data 19-01-2025
Updated on

Settore / Calibration field		(SCM-01) Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale				
Strumento Instrument	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽³⁾ Measurement range		Classe ⁽⁴⁾ Class	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)	Numero massimo di divisioni ⁽⁵⁾ :				Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda A del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017	A, EXT
	600 000		≤ 10 kg	I		
	100 000	> 10 kg	≤ 150 kg	II		A
	10 000	> 150 kg	≤ 10 000 kg	III		EXT
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)	Selezionatrici ponderali				Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e scheda I della Direttiva MiSE del 6 dicembre 2021.	
	Etichettatrici di peso e di peso/prezzo					
	n.a.					
			≤ 80 kg	XIII(x) Y(a)		EXT

Fine della tabella / End of annex

³ Il campo di misura per NAWI indica l'estremo superiore del campo di pesatura parziale o, per strumenti con un solo campo di pesatura, il valore della portata (carico massimo) dello strumento in verifica.

⁴ La Classe indicata è la migliore Classe che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di verificare strumenti di classe di accuratezza peggiore, classificati con numerazione o indicazione alfabetica uguale o seguente a quella riportata.

⁵ Il valore della divisione di verifica ("e" se singolo campo, "e_i" per il campo di pesatura i-mo) è dato dal rapporto tra l'estremo del campo di pesatura e il corrispondente numero massimo delle divisioni.