

Le tarature del Laboratorio sono effettuate secondo:

- Campioni di Massa: OIML R111-1:2004 Annex C;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI): EURAMET CG-18 ver. 4.0;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI):
- Selezionatrici ponderali: EURAMET CG-26 Version 2.0 “Guidelines on the Calibration of Automatic Weighing Instruments”;

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità delle tarature effettuate il centro utilizza le seguenti regole:

- Campioni di massa: classificazione secondo la OIML R111-1:2004 capitolo 5 punto 5.3.1 limitatamente al valore convenzionale.
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI):
 1. Il Laboratorio non fornisce dichiarazione di conformità a specifiche, se non richieste espressamente.
 2. Se il cliente richiede una dichiarazione di conformità senza indicare la regola decisionale, il Laboratorio utilizzerà come regola decisionale predefinita quanto indicato dalla ILAC G8 al fine di garantire una probabilità di falsa accettazione $<2,5\%$ e una banda di guardia $W=U$, cioè che il valore trovato comprensivo dell'incertezza consenta di rispettare il limite previsto dalla specifica o norma applicabile, a seconda dei casi:
 - $R+U \leq$ del limite previsto
 - $R-U \geq$ del limite previsto
 3. Se il cliente necessita dell'applicazione di una regola decisionale differente da quella standard riportata al punto 2, dovrà comunicarla al Laboratorio e sarà cura del Laboratorio effettuare una quotazione per tale attività.
 4. Nel caso vi sia un norma/specifica che riporta la regola decisionale, il Laboratorio la applicherà senza valutazioni sui livelli di rischio associato. Medesima modalità sarà applicata nel caso in cui il Cliente imponga al Laboratorio l'applicazione di una determinata regola decisionale.

Il Centro di Taratura n° 01693 esegue tarature nel rispetto della convenzione stipulata con l'ente di accreditamento ACCREDIA.

Inoltre, per l'attività di taratura si considera:

- Il servizio si intende svolto indipendentemente dall'esito dei risultati delle misure;
- Tutte le informazioni relative al cliente si ritengono confidenziali e non divulgate a terzi;
- Il Laboratorio mantiene a disposizioni le registrazioni delle tarature eseguite per 10 anni;
- La tabella di accreditamento è consultabile sul sito www.accredia.it e sul sito www.alfas.it ;
- Il Laboratorio non fornisce opinioni e interpretazioni;
- Il Laboratorio per le tarature per cui è accreditato emette solo certificati con riferimento al proprio accreditamento.
- In caso di reclami, il laboratorio mette a disposizione l'indirizzo reclami@alfas.it. Il Laboratorio risponderà entro 10 giorni lavorativi relativamente alla fondatezza del reclamo stesso.
- L'accreditamento comporta il riconoscimento delle competenze tecniche del Laboratorio relativamente alle attività accreditate e la conformità del suo sistema di gestione alla norma



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI TARATURE ACCREDITATE

Mod. 13

Rev. 20-08
Data 27/10/2025
Pag. 2 di 2

UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale accreditamento non comporta la certificazione dei prodotti analizzati e la responsabilità da parte di ACCREDIA dei risultati emessi.